Guía Rápida de Uso

VIP Gold Salmonella

Enriquecimiento de la muestra y determinación.

A) Alimentos procesados (baja carga microbiana)

1) Pre-enriquecimiento	2) Enriquecimiento selectivo	3) Post enriquecimiento	4) Inactivación	5) Prueba
Añadir 25 g de la muestra o 25 mL de aliquota a 225 mL de medio de pre-enriquecimiento precalentado.	Transferir 25 mL del pre-enriquecimiento a un tubo con 5 mL de medio 5X RV. Transferir 25 mL del pre-enriquecimiento a un tubo con 5 mL de medio 5X TT.	Transfiera y combine 0.5 mL de medio RV y TT a un tubo con 10 mL de medio TSB+DNP+n precalentado.	Mezcle y transfiera 1 mL del post-enriquecimiento a un tubo con 0.1 mL de los agentes de extracción VIP Gold 1 y 2.	Transfiera 0.1 mL del medio inactivado al dispositivo de ensayo VIP Gold Salmonella.
Incubar: 6-8hrs 35°C	Incubar: 16-24hrs 42°C	Incubar: 6-8hrs 35°C	Incubar: 10min 100°C	Incubar: 10min 15-25°C

A) Alimentos crudos (alta carga microbiana)

1) Pre-enriquecimiento	2) Enriquecimiento selectivo	3) Post enriquecimiento	4) Inactivación	5) Prueba
Añadir 25 g de la muestra o 25 mL de aliquota a 225 mL de medio de pre-enriquecimiento precalentado.	Transferir 0.1 mL del pre-enriquecimiento a un tubo con 10 mL de medio 5X RV. Transferir 0.1 mL del pre-enriquecimiento a un tubo con 10 mL de medio 5X TT.	Transfiera y combine 0.5 mL de medio RV y TT a un tubo con 10 mL de medio TSB+DNP+n precalentado.	Mezcle y transfiera 1 mL del post-enriquecimiento a un tubo con 0.1 mL de los agentes de extracción VIP Gold 1 y 2.	Transfiera 0.1 mL del medio inactivado al dispositivo de ensayo VIP Gold Salmonella.
Incubar: 18-26hrs 35°C	Incubar: 16-24hrs 42°C	Incubar: 5-8hrs 42°C	Incubar: 10min 121°C	Incubar: 10min 15-25°C

C) Alimentos procesados (en polvo)

1) Pre-enriquecimiento	2) Enriquecimiento selectivo	3) Post enriquecimiento	4) Inactivación	5) Prueba
Añadir 25 g de la muestra a 225 mL de medio BHI + Oxyrase precalentado.	Transferir 25 mL del pre-enriquecimiento a un tubo con 5 mL de medio 5X TT.	Transfiera y combine 0.5 mL de medio TT a un tubo con 10 mL de medio TSB+DNP+n precalentado.	Mezcle y transfiera 1 mL del post-enriquecimiento a un tubo con 0.1 mL de los agentes de extracción VIP Gold 1 y 2.	Transfiera 0.1 mL del medio inactivado al dispositivo de ensayo VIP Gold Salmonella.
Incubar: 6-8hrs 35°C	Incubar: 16-24hrs 42°C	Incubar: 6-8hrs 35°C	Incubar: 10min 121°C	Incubar: 10min 15-25°C

Guía Rápida de Uso

VIP Gold Salmonella

Tecnología VIP GOLD

1



Añadir la muestra enriquecida en el pocillo de la muestra.

2



El flujo empieza a ocurrir en la zona de la interface del reactivo. Si el antígeno especifico de la prueba esta presente; ocurrirá la reacción formándose el complejo cromógeno antígeno-anticuerpo.

3



El flujo continúa en la zona de la muestra. Despues de una incubación de unos pocos minutos a temperatura ambiente, se forma una línea en la zona de la muestra si la prueba es positiva.

4



El flujo continua en al zona de verificación de la prueba, en donde se forma una línea de control e indicando la finalización de la prueba.

Interpretación de resultados

Resultado prueba negativa VIP Gold EHEC.

Resultado prueba positiva VIP Gold EHEC.

Vea el inserto de VIP Gold EHEC que viene dentro del Kit para complementar las instrucciones. Esto es un resumen solamente.